



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถังเก็บน้ำเชื้อขนาด ๒๐ ลิตร

๑. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังซึ่งนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อดียากัน โดยวิธี Arc Welding ขนาดบรรจุในตอรเจนเหลวได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร ปากถังมีร่องสำหรับแขวน Canister
๒. มีฝาปิดและมีหูหิ้ว ๒ ข้างของตัวถัง
๓. ปากถังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร
๔. มี Canister ชนิด ๒ ชั้น มีขอพร้อม goblet พลาสติกสำหรับใส่หลอดน้ำเชื้อแข็งไม่น้อยกว่า ๖ ชุด และ Canister แต่ละอันมีก้านโลหะสำหรับยก goblet
๕. สามารถบรรจุน้ำเชื้อแข็งชนิด Ministraw (๐.๒๕ ซี.ซี.) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ หลอด
๖. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน ๐.๑๖ ลิตรต่อวัน
๗. ถังเมื่อบรรจุในตอรเจนเหลวแล้ว มีน้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
๘. มีฝาถังอะหลี่ย ๒ ฝา และมีสติกเกอร์แสดงคำแนะนำการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถัง หรือ ตัวถังตามความเหมาะสม
๙. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๘๐๐๑ (Version ๒๐๐๐) หรือมาตรฐาน ASME (USA) หรือ ADR (EUROPE) หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ให้นำถังตัวอย่างจำนวน ๑ ใบ มาส่งในวันยืนเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และ ทดสอบการใช้งาน
๑๑. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๓ ปี โดยบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงถังที่เสียหายให้สภาพการใช้งานปกติ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันที่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะไม่ส่งมอบถังไปใหม่ทดแทนถังที่เสีย จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการปรับอัตราอัตรายลละ ๑๐ ของราคากลัง ต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังไปใหม่
๑๒. ส่งมอบพร้อมบรรจุในตอรเจนเหลวตามขนาดและทดลองใช้งานได้ดีที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายรัชภูมิ เจียสนา�)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

(ลงชื่อ).....  กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิมุต ทนธรรมนก)
ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา

(นายรณกร ข้าดี)
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถังเก็บไนโตรเจนเหลวขนาด ๓๕ ลิตร

๑. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังขึ้นนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยวิธี Arc Welding ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ำกว่า ๓๕ ลิตร คอกถังไม่มีร่องสำหรับแขวน Canister
๒. มีฝาปิดและมีที่ทิ้ง ๒ ข้างของตัวถัง
๓. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน ๐.๓ ลิตรต่อวัน
๔. ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม
๕. มีฝาถังอะลัลี่ ๒ ฝา และมีสติกเกอร์แสดงคำแนะนำการใช้งานเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถัง หรือ ตัวถังตามความเหมาะสม
๖. มีอุปกรณ์ตักไนโตรเจนเหลวประจำถัง
๗. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ (Version ๒๐๐๐) หรือมาตรฐาน ASME (USA) หรือ ADR (EUROPE) หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๘. ให้น้ำถังตัวอย่าง จำนวน ๑ ใบ มาส่งในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และทดสอบการใช้งาน
๙. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๓ ปี โดยบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงถังที่เสียภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทยังไม่ส่งมอบถังใบใหม่ทดแทนถังที่เสีย จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการปรับอัตราเรียกยืด ๑๐ ของราคาถัง ต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังใบใหม่
๑๐. ส่งมอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ) ประชานกรรมการ

(นายรัชภูมิ เขียวสนาม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิมุต ทนธรรมนก)

ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา


(นายรณกร จำตี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถังสำนวนขนาด ๑ ลิตร


๑. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังขึ้นนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยวิธี Arc Welding ขนาดบรรจุในโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า ๑ ลิตร ปากถังมีร่องสำหรับขวน Canister มีถุงทำด้วยผ้าใบ หรือหนังเทียมคลุมทั้งใบ พร้อมสายสะพายและมีช่องระเปือย่างน้อย ๓ ช่องใช้สำลังและอุปกรณ์ ผสมเทียน
๒. มี Canister ทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส แบบมีข้อพร้อม Goblet พลาสติกสำหรับใส่หลอดน้ำเข้า เชือ แข็งไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
๓. สามารถบรรจุน้ำเชือแข็งชนิด Ministraw (๐.๒๕ ซี.ซี.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หลอด
๔. ถังเมื่อบรรจุในโทรศัพท์เหลวมีน้ำหนักไม่เกิน ๔.๕ กิโลกรัม
๕. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวมีน้ำหนักไม่เกิน ๐.๐๖๗ ลิตรต่อวัน
๖. มีฝาถังอะหลี่ยถังละ ๒ ฝา
๗. มีสติกเกอร์แสดงคำแนะนำการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาถังหรือตัวถังตามความเหมาะสม
๘. มีใบรับรองมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ (Version ๒๐๐๐) หรือมาตรฐาน ASME (USA) หรือ ADR (EUROPE) หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๙. ให้นำถังตัวอย่างจำนวน ๑ ใบ มาส่งในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และ ทดสอบการใช้งาน
๑๐. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๓ ปี โดยบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงถังที่เสียภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ภายใน ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันที่จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะไม่ส่งมอบถังไปใหม่ทุกแทนถังที่เสีย จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการปรับอัตราเรียก照料 ๑๐ ของราคากลัง ต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังไปใหม่
๑๑. ส่งมอบพร้อมบรรจุในโทรศัพท์เหลวตามขนาด และทดลองใช้งานได้ดี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายรัชภูมิ เขียวสนาม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิมุต ทนธรรมนก)

ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา

(นายรณกร จำดี)

สัตวแพทย์ชำนาญงาน